



INSTYTUCJA  
WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU „KRZESZOWICE”



Krzeszowice, dn. 31.05.2019 r.

Dotyczy postępowania nr 3/V/ZP/2019

Odpowiedź na pytanie które wpłynęło do Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Poprawy bezpieczeństwa, jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice ”

**Działając na podstawie przepisu art. 38 PZP Zamawiający przedstawia treść pytania oraz odpowiedź na nie:**

Pytanie:

Pakiet numer 2

Ad.33. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem w mankiecie dla dzieci  $297\pm 3$  mmHg (Zakres początkowego ciśnienia napełniania mankieta dla dzieci: od 80 do 210 mmHg)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści kardiomonitora z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem w mankiecie dla dzieci o wartości  $297\pm 3$  mmHg

Dyrektor  
Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu  
„ Krzeszowice ”  
*Andrzej Osiniak*



 MAŁOPOLSKA

32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1, tel. 12 282 00 22, faks: 12 282 05 21  
e-mail: info@rehabilitacja-krzeszowice.pl, www.rehabilitacja-krzeszowice.pl  
Bank Ochrony Środowiska Oddział w Krakowie, nr konta: 68 1540 1115 2111 0868 9964 0001  
NIP: 944 18 02 012, REGON: 357001394