



INSTYTUCJA  
WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU „KRZESZOWICE”



Krzeszowice, dn. 03.06.2019 r.

Dotyczy postępowania nr 3/V/ZP/2019

Odpowiedź na pytania które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Poprawy bezpieczeństwa, jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice ”

**Działając na podstawie przepisu art. 38 PZP Zamawiający przedstawia treść pytań oraz odpowiedzi na nie:**

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w części nr 5 Stół rehabilitacyjny – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu stołu do masażu z maksymalnym obciążeniem 150 kg, z wymaganym pozostałym doposażeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do przetargu stołu do masażu z maksymalnym obciążeniem 150 kg, z wymaganym pozostałym doposażeniem. Zamawiający dobrał dopuszczalne obciążenie z uwagi na spektrum rehabilitowanych pacjentów. Wymagane obciążenie odpowiada potrzebom Zamawiającego.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w części nr 8 System transferu, pionizacji i nauki chodu – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu urządzenie o maksymalnym udźwigu podnośnika do 160 kg oraz trawersie aluminiowym o wysokości 6 cm i szerokości 6 cm.



 MAŁOPOLSKA

32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1, tel. 12 282 00 22, faks: 12 282 05 21  
e-mail: info@rehabilitacja-krzeszowice.pl, www.rehabilitacja-krzeszowice.pl  
Bank Ochrony Środowiska Oddział w Krakowie, nr konta: 68 1540 1115 2111 0868 9964 0001  
NIP: 944 18 02 012, REGON: 357001394



INSTYTUCJA  
WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU „KRZESZOWICE”



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do przetargu urządzenia o maksymalnym udźwigu podnośnika do 160 kg oraz trawersie aluminiowym o wysokości 6 cm i szerokości 6 cm.

Pytanie:

Prosimy o informację dotyczącą punktu 47 części 8 – jakie stropy i ściany posiada Zamawiający.

Odpowiedź:

Sale S1 i S2 – stropodachy wykonane z płyt kanałowych i korytkowych. Ściany wykonane z pustaków gazobetonowych.

Sala S4-S5 – strop wykonany z płyty lanej, opartej na szalunku traconym Filigran. Ściany z cegły Max.

Dyrektor  
Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu  
„Krzeszowice”  
*Andrzej Osiniak*



 MAŁOPOLSKA

32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1, tel. 12 282 00 22, faks: 12 282 05 21  
e-mail: info@rehabilitacja-krzeszowice.pl, www.rehabilitacja-krzeszowice.pl  
Bank Ochrony Środowiska Oddział w Krakowie, nr konta: 68 1540 1115 2111 0868 9964 0001  
NIP: 944 18 02 012, REGON: 357001394