



Krzeszowice, dn. 05.06.2019 r.

Dotyczy postępowania nr 3/V/ZP/2019

Odpowiedzi na pytania które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Poprawy bezpieczeństwa, jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice ”

Działając na podstawie przepisu art. 38 PZP Zamawiający przedstawia treść pytań oraz odpowiedzi na nie:

Część nr 9: Podnośnik mobilny

Pkt. 1

Prosimy o dopuszczenie podnośnika w klasie IPX4

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza podnośnika w klasie IPX4

Pkt. 2, 8

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z rozstawem w zakresie 650 – 1070 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podnośnik z rozstawem w zakresie 650 – 1070 mm

Pkt. 3, 14

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z minimalną wysokością ramienia na poziomie 620 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza podnośnika z minimalną wysokością ramienia na poziomie 620 mm.

Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o wadze 42 kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podnośnik o wadze 42 kg.

Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o maksymalnym udźwigu 180 kg

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza podnośnika o maksymalnym udźwigu 180 kg.



Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o średniej prędkości podnoszenia 9 mm/s

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza podnośnika o średniej prędkości podnoszenia 9 mm/s.

Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z zakresem podnoszenia 620 – 1800 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza podnośnika z zakresem podnoszenia 620 – 1800 mm.

Pkt. 9

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z podstawą o wysokości 113 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z podstawą o wysokości 113 mm.

Pkt. 15

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z maksymalną wysokością ramienia 1800 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza podnośnika z maksymalną wysokością ramienia 1800 mm.

Pkt. 21

Prosimy o dopuszczenie uchwytu o szerokości 42 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza uchwytu o szerokości 42 cm.

Pkt. 26

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania podwieszki do przenoszenia pacjenta w pozycji leżącej

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu zaoferowania podwieszki do przenoszenia pacjenta w pozycji leżącej.

Lub

Pkt. 1

Prosimy o dopuszczenie podnośnika w klasie IPX4

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza podnośnika w klasie IPX4

Pkt. 2, 8

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z rozstawem w zakresie 700 – 1050 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podnośnik z rozstawem w zakresie 700 – 1050 mm

Pkt. 3, 14

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z minimalną wysokością ramienia na poziomie 660 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza podnośnika z minimalną wysokością ramienia na poziomie 660 mm.

Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o wadze 46 kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podnośnik o wadze 46 kg.

Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o maksymalnym udźwigu 300 kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podnośnik o maksymalnym udźwigu 300 kg.

Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o średniej prędkości podnoszenia 9 mm/s

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza podnośnika o średniej prędkości podnoszenia 9 mm/s.

Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z zakresem podnoszenia 660 – 1820 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza podnośnika z zakresem podnoszenia 660 – 1820 mm.

Pkt. 9

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z podstawą o wysokości 113 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z podstawą o wysokości 113 mm.

Pkt. 15

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z maksymalną wysokością ramienia 1820 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza podnośnika z maksymalną wysokością ramienia 1820 mm.

Pkt. 21

Prosimy o dopuszczenie uchwytu o szerokości 42 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza uchwytu o szerokości 42 cm.

Pkt. 26

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania podwieszki do przenoszenia pacjenta w pozycji leżącej

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu zaoferowania podwieszki do przenoszenia pacjenta w pozycji leżącej.

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu
"Krasówice"
Andrzej Osiniak