



Krzeszowice, 04.07.2019 r.

Dotyczy postępowania nr 5/VI/ZP/2019

Odpowiedzi na pytania wykonawcy, które wpłynęły w dniu 4 lipca 2019 r. do zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa, jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”*”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający prezentuje treść pytań i odpowiedzi na nie:

Część nr 2: Kardiomonitor z drukarką

Pytanie 1, pkt 18

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem respiracji dla dzieci 0-120 oddechów/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zakresu respiracji dla dzieci 0-120 oddechów/min

Pytanie 2, pkt 19

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem alarmu bezdechu w zakresie 20-60 sekund?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora z alarmem bezdechu w zakresie 20-60 sekund

Pytanie 3, pkt 24

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z dokładnością pomiaru temperatury 0,3 st. C?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora z dokładnością pomiaru temperatury 0,3 st. C

Pytanie 4, pkt 26

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru ciśnienia rozkurczowego dla dorosłych 10-210 mmHg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora z zakresem pomiaru ciśnienia rozkurczowego dla dorosłych 10-210mmHg

Pytanie 5, pkt 27

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru ciśnienia średniego dla dorosłych 20-230 mmHg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora z zakresem pomiaru ciśnienia średniego dla dorosłych 20-230 mmHg



Pytanie 6, pkt 32

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zabezpieczeniem nadmiaru ciśnienia dla dorosłych wynoszącym 280 mmHg ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora z zabezpieczeniem nadmiaru ciśnienia dla dorosłych wynoszącym 280 mmHg

Część nr 3: Rejestrator holterowski EKG z oprogramowaniem

Pytanie 1, pkt 2

Czy Zamawiający dopuści rejestrator EKG z podglądem przebiegu EKG w trybie komunikacji przewodowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 2, pkt 4

Czy Zamawiający dopuści rejestrator EKG z wbudowaną pamięcią?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 3, pkt 4

Czy Zamawiający dopuści rejestrator EKG z dwukolorową dioda i sygnalizacją dźwiękową informująca o stanie rejestratora?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 4, pkt 7

Czy Zamawiający dopuści rejestrator EKG z bez sygnalizacji uszkodzenia karty SDHC?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 5, pkt 9

Czy Zamawiający dopuści rejestrator EKG uruchamiany przewodowo przy użyciu oprogramowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 6, pkt 15

Czy Zamawiający dopuści rejestrator EKG bez karty SDHC na wyposażeniu, ale z wbudowaną pamięcią?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 7, pkt 8

Czy Zamawiający dopuści rejestrator EKG z uruchomieniem rejestracji za pomocą joysticka nawigacyjnego w urządzeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu
"Krzyszówice"
Andrzej Osiniak