



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU „KRZESZOWICE”



Krzeszowice, 22 listopada 2019 r.

Znak sprawy 7/XI/ZP/2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: *Dostawa dla oddziału rehabilitacji neurologicznej urzędnika do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback.*

Zmiana SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w rozdziale XVI Opis Przedmiotu Zamówienia w ten sposób, że wprowadza nowy wzór OPZ w zakresie: **Część nr 2 Stół rehabilitacyjny do terapii bobath.** Nowa treść części nr 2 Stół Rehabilitacyjny do terapii bobath została załączona do niniejszego pisma.

Uzasadnienie

Zamawiający zmienia wymagania opisane w wierszu 4 z uwagi na konieczność zapewnienia pacjentom z tetraplegią, korzystających z wózków aktywnych - lepszych i łatwiejszych transferów (przemieszczania). Z kolei dla pacjentów niskiego wzrostu oraz dzieci i młodzieży, zapewnienie możliwości oparcia nóg o podłogę bez potrzeby podkładania stopni, itp. W przypadku pacjentów neurologicznych niższa wysokość opuszczania płaszczyzny leża wpływa na poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu prowadzonej terapii.

Inne zapisy i wymagania SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu
„Krzeszowice”
Andrzej Osiniak



MAŁOPOLSKA

32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1, tel. 12 282 00 22, faks: 12 282 05 21
e-mail: info@rehabilitacja-krzeszowice.pl, www.rehabilitacja-krzeszowice.pl
Bank Ochrony Środowiska Oddział w Krakowie, nr konta: 68 1540 1115 2111 0868 9964 0001
NIP: 944 18 02 012, REGON: 357001394

Część nr 2 Stół rehabilitacyjny do terapii bobath

Opis przedmiotu zamówienia - Stół rehabilitacyjny do terapii bobath	
I. Podstawowe wymogi i wyposażenie	
1.	Ilość sekcji (części): 1
2.	Wymiary (Dł x Szer): 200 x 120 cm
3.	Podnoszenie / opuszczanie leżyska za pomocą siłownika elektrycznego
4.	Zakres podnoszenia / opuszczania leżyska od 50 cm do 90 cm
5.	Sterowanie podnoszeniem / opuszczaniem pilotem ręcznym na przewodzie
6.	Maksymalny udźwig 300 kg
7.	Kolorystyka tapicerki: błękit lub jasnoniebieski
8.	Tapicerka odporna materiałowo na działanie środków przeznaczonych do powierzchniowego mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego
II. Dodatkowe wymogi i wyposażenie	
9.	Wyposażony dodatkowo w układ jezdny z centralnym hamulcem
10.	Wyposażony dodatkowo w pilot nożny pojedynczy
11.	Wyposażony dodatkowo w rozdzielacz umożliwiający jednoczesne podłączenie pilota ręcznego oraz nożnego

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu
"Krzyszowice"
Andrzej Osiniak